



ČESKÁ REPUBLIKA

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

Veřejná zakázka

„Dodávka přístroje na stanovení čísla poklesu II.“

I. Údaje o zadavateli

Úřední název: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu

Sídlo: Brno, Hroznová 63/2, PSČ 656 06

IČ: 00020338

DIČ: CZ00020338

Statutární zástupce: Bc. Zdeněk Mach, pověřený výkonem funkce ředitele

II. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového přístroje na stanovení čísla poklesu, který je určen především pro kontrolu kvality pšenice. Přístroj musí umožnit stanovení čísla poklesu – ukazatele pro hodnocení kvality škrobového podílu u pšenice (příp. žita, triticales) na principu měření viskozity suspenze vzorku a vody za podmínek uvedených v normě ČSN EN ISO 3093.

III. Požadavky zadavatele k předmětu zakázky

Minimální technické požadavky

- přístroj musí být kompatibilní s dvoupozicovou, vertikální třepačkou SHAKEMATIC na protřepání suspenze za definovaných podmínek a vyhovující standardizovaným viskozimetrickým zkumavkám,
- dvoumístné provedení přístroje se současným vkládáním obou nádobek najednou a automatickou manipulací se vzorky během celého procesu měření,
- hladinoznak k zjištění výšky hladiny ve vodní lázni,

- mikroprocesorová kontrola duálního systému analýzy,
- displejový ukazatel výsledku měření,
- ukazatel připravenosti přístroje k měření,
- řídicí jednotka, umožňující např. přepočít navážky podle vlhkosti, výpočet průměrné hodnoty a elektronický přenos výsledků,
- korekce na nadmořskou výšku z důvodu srovnatelnosti výsledků,
- potřeba chladicí kapaliny nesmí přesáhnout 26 litrů/hod.

Součástí dodávky musí být 40 ks náhradních nádobek (zkumavky české výroby) a dodání 2 vzorků CRM (pšeničný šrot a pšeničná mouka).

Další požadavky a obchodní podmínky:

- zaškolení obsluhy v místě instalace v ceně nabídky,
- autorizovaný servis na území České republiky včetně zajištění náhradních dílů,
- pravidelné zajištění servisní prohlídky přístroje v termínu před sklizní (srpen-září),
- záruka minimálně 24 měsíců,
- zadavatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby předem,
- součástí nabídky bude návrh smlouvy, vypracovaný v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče,
- nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky a být cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, může být změněna pouze za podmínky, že během zadávacího řízení dojde ke změně sazby DPH,
- součástí smlouvy bude prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a nabídka uchazeče, tyto dokumenty budou tvořit přílohu smlouvy; v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text zadávací dokumentace a nabídky přednost.

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu činí 380 000,- Kč bez DPH.

V. Doba a místo plnění

Doba plnění: **nejpozději do 5 týdnů od podpisu kupní smlouvy.**

Místo plnění zakázky: pracoviště **Národní referenční laboratoře RO Brno, Hroznová 2, 656 06 Brno.**

Veřejná zakázka bude realizovaná na základě uzavřené kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

VI. Hodnocení nabídek a zpracování nabídkové ceny

Do hodnocení budou zařazeny pouze nabídky splňující technické a další požadavky zadavatele (bod III.) a kvalifikační předpoklady (bod VII. výzvy).

Vyhovující nabídky budou hodnoceny dle kritéria **nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH**.

VII. Kvalifikační doklady

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky,
- kopie výpisu z obchodního rejstříku,
- doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem,
- doklad o autorizovaném servisu nebo doklad o proškolení servisního technika přímo u výrobce.

VIII. Obsah nabídky

- Krycí list – základní údaje o uchazeči,
- detailní popis přístroje včetně technických parametrů,
- celková nabídková cena včetně její kalkulace bez DPH a s DPH, včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení pracovníků v místě dodávky,
- kvalifikační doklady dle bodu VII. výzvy,
- záruka – bude uvedena v měsících,
- servisní podmínky - rychlost servisního zásahu a cena,
- návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

V závěru nabídky bude uvedena osoba, která nabídku zpracovala a kontakt na osobu, která bude pověřena zodpovídáním případných dotazů týkající se zakázky a které budou moc být zaslány doplňující informace, pokud vzejdou ze strany zadavatele nebo ze strany jiných uchazečů.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele: Hroznová 2, 656 06 Brno, oddělení rozpočtu, **nejpozději do 19. 6. 2013, do 10:00 hod.**, a to v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky **„Nabídka – Dodávka přístroje na stanovení čísla poklesu “ – NEOTEVÍRAT** a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a končí nejpozději dne **18. 7. 2013**.

X. Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, telefon, e-mail

Zástupce zadavatele pověřený jednáním s uchazeči:

Ve věcech organizačních a smluvních

Ing. Hana Romanová

tel: 543 548 377

mail: hana.romanova@ukzuz.cz

Ve věcech technických

RNDr. Jiří Zbírál, Ph. D.-

ředitel Národní referenční

laboratoře

tel: 543 548 329

mail: jiri.zbiral@ukzuz.cz

XI. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit zadání zakázky,
- b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem,
- c) nevracet uchazečům podané nabídky,
- d) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými uchazeči, pokud žádná nabídka nesplní požadavky a účel zadávacího řízení.

V Brně dne: 4. 6. 2013

Bc. Zdeněk Mach

pověřený výkonem funkce ředitele
